



T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 73738601-
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAĞLI UMKE İÇİN MALZEME ALIM
Dosya Id : 85545

12.10.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda bilgileri bulunan ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAĞLI UMKE İÇİN MALZEME ALIM işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi kapsamında temin edilecektir.

Söz konusu malzeme/İş kalemlerine ilişkin K.D.V. hariç fiyat teklifinizin aşağıda bulunan BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ne yazılarak bildirilmesini rica ederim.

Abdullah DENİZÖĞLU
Destek Hizmetleri Başkanı

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SKED KURTARMA SEDYESİ			2	Adet		
2	YATAY TAHLİYE SAPANI			4	Adet		
3	PORTATİF TUTMA PERLONU			8	Adet		
4	TAHLİYE BAĞLANTI İPİ			2	Adet		
5	ÇEKME KAYIŞI			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Alınmanın Yapılacağı Birim: HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Hatay Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartname; dar veya kısıtlı alanlar (mağara, kuyu, kanalizasyon, maden ocakları vb.), dikey ve yatay kurtarma hatları, engebeli arazi şartları ile helikopter destekli medikal tahliye operasyonlarında yaralı/hastanın güvenli, sabitlenmiş ve korunaklı bir şekilde nakledilmesini sağlamak amacıyla tedarik edilecek sedyenin esnek kurtarma sedye setinin teknik özelliklerini, malzeme kriterlerini, set içeriğini ve kontrol muayene esaslarını kapsar.

Gövde Malzemesi, Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) malzeme olmalıdır.

Açık Gövde Ölçüleri, en az 90 cm en x 240 cm uzunluk olmalıdır.

Rulo/Katlı Ölçüleri, en az 20 cm çap/en x 90 cm uzunluk olmalıdır.

Sedye Ağırlığı: en fazla 7 kg olmalıdır.

Set Toplam Ağırlığı: en fazla 10 kg olmalıdır.

Sıcaklık Dayanımı, +150 °C yüksek sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.

Soğuk Dayanımı, Kırılgan hale gelmeden -30 °C'ye kadar kullanılabilir olmalıdır.

Rulo Yapılabilirlik, Taşıma sırasında az yer kaplaması için rulo haline getirilebilmeli ve rulo halinde muhafazayı sağlayan 1 adet çelik tokalı gergiye sahip olmalıdır.

Sedye Gövdesi ve Sabitleme:

- Sedye gövdesi esnek, su ile yıkanabilir ve dayanıklı düşük yoğunluklu polietilen plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Sedye gövdesi; hastanın baş, boyun ve omurga immobilizasyonunu sağlamak amacıyla standart vakumlu/köpük baş sabitleyici (Head Immobilizer) aparatlar, servikal boyunluklar ve omurga tahtası (Spine Board) ile tam uyumlu yapıda olmalıdır.
- Sedye üzerinde yer alan taşıyıcı özellikteki perçinler (kuşgözleri) paslanmaya ve yük gerilimine dayanıklı **pirinç malzemeden** üretilmiş olmalıdır.

- Kaza geçirmiş kişiyi sedye üzerinde sıkıca sabitlemek amacıyla; yan taraflarda 4 adet ve ayak kısmında 2 adet olmak üzere toplam **6 adet çelik tokalı güvenlik gergisi** bulunmalıdır.

Tutma Noktaları ve Çekme Sistemleri:

- Sedye gövdesinin sağ ve sol taraflarında ikişer adet olmak üzere toplam **4 adet sabit tutma yeri** bulunmalıdır.
- Sedyenin kafa bölgesinde, baş sabitleyici bantların ve yan destek bloklarının kolayca sabitlenebilmesini sağlayan özel bağlantı/geçiş delikleri (pirinç kuşgözleri) bulunmalıdır.
- Kafa hizasında hastanın baş ve üst gövde hareketini kısıtlayan en az 1 adet üst sabitleme gergisi/perlonu bulunmalı; dikey ve açılı tahliyelerde başın kaymasını veya öne/yana düşmesini engelleyecek emniyet yapısına sahip olmalıdır.
- Pirinç malzemeden imal edilmiş kuşgözlerine ek perlonlar bağlanarak tutamak sayısı istenildiğinde **8 adede** yükseltilebilmelidir.
- Az sayıda kurtarıcı ile gerçekleştirilecek tahliyelerde sedyenin sürüklenerek taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla kafa hizasında çekme sistemi bulunmalıdır. Bu sistem için set içerisinde iki ucu kancalı, 1,5 metre uzunluğunda, portatif yapıda **1 adet çekme kayışı** yer almalıdır.

Operasyonel Uyumluluk:

- Sedye; hem **yatay** hem de **dikey** teknik kurtarma operasyonlarında ve helikopterle yapılan hasta tahliyelerinde kullanılabilir yapıda olmalıdır.

Tedarik edilecek kurtarma sedyesi seti eksiksiz olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır:

1. **1 Adet - Sedye Gövdesi:** Polietilen malzemeden imal edilmiş ana gövde.
2. **1 Adet - Taşıma Çantası:**
 - Dayanıklı Cordura kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

- Sırtta kolay taşınabilmesi için ayarlanabilir omuz askılarına ve bel kayışına sahip olmalıdır.
- Sürüklenerek çekilen sedyeler için aynı zamanda **çekme koşumu** olarak kullanılabilmelidir.

3. 2 Adet - Yatay Tahliye Sapanı:

- Helikopter ve vinç tahliyelerinde sedyeyi yatay konumda bağlamak için kullanılmalıdır.
- Sapanların her biri en az **45 kN** kopma dayanımına sahip olmalıdır.

4. 1 Adet - Çekme Kayışı; 1,5 metre uzunluğunda, iki ucu kancalı ve portatif yapıda olmalıdır.

5. 4 Adet - Portatif Tutma Perlonu: Sedyeler üzerindeki tutma yeri sayısını artırmak ve elden ele taşımayı kolaylaştırmak için kullanılmalıdır.

6. 1 Adet - Tahliye Bağlantı İpi:

- Dikey pozisyondaki teknik kurtarma operasyonlarında çekme sistemine bağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- **9,5 mm** kalınlığında, **9 metre** uzunluğunda ve en az **31 kN** dayanımlı olmalıdır.

UYGUNLUK BELGELERİ VE SERTİFİKASYON

1. CE Uygunluk Beyanı ve Markalaması (CE Declaration of Conformity):

- Ürün, Avrupa Birliği regülasyonlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve üzerinde silinmez şekilde **CE** işareti bulunmalıdır.
- Ürün; (EU) 2017/745 Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR - Medical Device Regulation) uyarınca **Sınıf I (Class I) Tıbbi Cihaz** ve/veya Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) yönetmeliklerine uygun **CE Sertifikası / Uygunluk Beyanı** belgesine sahip olmalıdır.

2. EN / DIN Uluslararası Standart Sertifikaları:

- **DIN EN 1497: Kurtarma Donanımları – Kurtarma Donanımı / Kurtarma Halkaları ve Sapanları Standardı** (Özellikle dikey tahliye ve kişisel kurtarma sistemi olarak onaylandığını gösterir)

olmalıdır.

- **EN 1865-1:** Kara Ambulanslarında Kullanılan Hasta Taşıma Ekipmanları ve Sedyeler Standardı (Sedyenin boyut, ergonomi ve yük taşıma uygunluğu) olmalıdır.
- **EN 362 / EN 354:** Set içerisinde yer alan yüksek açı dikey/yatay bağlantı sapanlarının yüksekte düşmeye karşı emniyet bileşeni olarak EN standartlarına uygun sertifikası bulunmalıdır.

KONTROL, MUAYENE VE KABUL ESASLARI

1. **Ambalaj ve Teslimat:** Ürün tüm aksesuarları ile birlikte orijinal Cordura çantasında, eksiksiz ve deformasyonsuz olarak teslim edilecektir.
2. **Fiziki Muayene:** İdarenin muayene kabul komisyonunca; sedye ebatları, rulo ebatları, ağırlık sınırları, perçin malzemesi (pirinç), toka yapıları (çelik) ve set bileşenlerinin parça kodları birebir kontrol edilecektir.
3. **Garanti:** Ürün imalat, malzeme ve dikiş hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.