

**T.C.**  
**HATAY VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

**KÖPÜK TÜP SPORU ALINMASI İŞİNE AİT**  
**TEKNİK ŞARTNAME**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Tüp Sporu, polistren polimerinin bir köpük türü olan Genleştirilmiş Polistren Köpük (EPS) malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. Tüp Sporu, en az 26 dansite yoğunluğunda olacaktır.
3. Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecek tüp sporları beyaz renkli olacak, farklı bir renk olması durumunda İdare tarafından renk tercihinde bulunulabilecektir.
4. En az 17x16 cm ebadında tüp sporunun üzerinde 49 adet delik hücresi bulunacaktır.
5. Tüp sporu en az 3 cm yüksekliğinde olacaktır.
6. Delik hücreleri en az 13 mm, en fazla 16 mm çapında ve en az 18 mm derinliğine sahip olmalıdır.
7. Tüpleri üst kısmından sabitlemek için yine köpük malzemeden yapılmış kapak olmalıdır.

Ayhan AKDEMİR

Hürri GÖLAKEROL

Erkan YILMAZ  
İl Sağlık Hizmetleri  
Baskan Yardımcısı