

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün vajinal muayene ve biyopsi işleminde kullanılmak üzere açma kuvveti sağlamalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı(küçük-orta-büyük) ve bu boyaların renk kodları bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün şeffaf ve sert plastikten olmalıdır. 4. Üründe bulunan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. 5. Ürünün kilit sisteminde kullanılan dili spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olmalı, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebilmelidir. 6. Ürün yüzeyi üzerinde çapak olmamalıdır. 7. Ürün steril veya temiz oda standartlarında üretilmiş olmalıdır. (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.)
Genel Hükümler:	8. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. 9. Numune değerlendirmesi yapılacaktır Numuneler alım sayıları dışında olacaktır

Hürri ÇOLAKEROĞLU
Acık Ergen Kadın ve Üreme
Sağlığı Birim Sorumlusu

SMT3888 VAJİNAL SPEKULUM - M

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün vajinal muayene ve biyopsi işleminde kullanılmak üzere açma kuvveti sağlamalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı(küçük-orta-büyük) ve bu boyların renk kodları bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün şeffaf ve sert plastikten olmalıdır. 4. Üründe bulunan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. 5. Ürünün kilit sisteminde kullanılan dili spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olmalı, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebilmelidir. 6. Ürün yüzeyi üzerinde çapak olmamalıdır. 7. Ürün steril veya temiz oda standartlarında üretilmiş olmalıdır. (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.)
Genel Hükümler:	8. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. 9. Numune değerlendirmesi yapılacaktır Numuneler alım sayıları dışında olacaktır

HÜRİ ÇOLAKEROĞ
ocak/ergen kadın ve üreme
sağlığı bilim sorumluğu

SMT3888 VAJİNAL SPEKULUM - 2

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün vajinal muayene ve biyopsi işleminde kullanılmak üzere açma kuvveti sağlamalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı(küçük-orta-büyük) ve bu boyların renk kodları bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün şeffaf ve sert plastikten olmalıdır. 4. Üründe bulunan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. 5. Ürünün kilit sisteminde kullanılan dili spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olmalı, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebilmelidir. 6. Ürün yüzeyi üzerinde çapak olmamalıdır. 7. Ürün steril veya temiz oda standartlarında üretilmiş olmalıdır. (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.)
Genel Hükümler:	8. Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. 9. Numune değerlendirmesi yapılacaktır Numuneler alım sayıları dışında olacaktır

Hüsnü ÇOKAKERÇİ
ocuk,Engel,Kadın ve Üreme
Sağlığı Arınım Birim Başkanı